

## 血清铁浓度检测试剂盒说明书

微量法 100T/96S

**注意：**正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

**测定意义：**

血清铁是指血液中转铁蛋白所结合的铁，该指标常用于鉴别缺铁性与非缺铁性贫血。

**测定原理：**

亚硫酸钠还原血清  $\text{Fe}^{3+}$  生成  $\text{Fe}^{2+}$ ， $\text{Fe}^{2+}$  进一步与 2,2'- 联吡啶显色，在 520nm 处有吸收峰，测定该波长光吸收值即可计算血清铁含量。

**自备仪器和用品：**

离心机、可调式移液枪、可见分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96 孔板、冰醋酸、氯仿和蒸馏水。

**试剂组成和配置：**

试剂一：粉剂×1 瓶，4℃ 保存。临用前配制，加入 15 mL 蒸馏水充分溶解。

试剂二：粉剂×1 瓶，4℃ 保存。临用前配制，加入 469 $\mu\text{L}$  冰醋酸，加入 15 mL 蒸馏水充分溶解。

标准液：液体 1mL×1 支（EP 管），100  $\mu\text{mol/L}$   $\text{Fe}^{3+}$  标准液，4℃ 保存。

**测定：**

1. 分光光度计/酶标仪预热 30 min，调节波长到 520 nm，蒸馏水调零。
2. **标准液解冻：**提前取出标准液，置于室温下充分解冻后混匀。
3. **空白管：**取 EP 管，依次加入 125  $\mu\text{L}$  蒸馏水，125  $\mu\text{L}$  试剂一，125  $\mu\text{L}$  试剂二，混匀后盖紧，置于沸水浴 5min，自来水冷却。加入 62  $\mu\text{L}$  氯仿（自备），充分震荡混匀；室温 10000rpm，离心 10min，小心吸取上层液 210  $\mu\text{L}$ ，加入微量石英比色皿/96 孔板，于 520 nm 测定吸光度，记为 A 空白管。
4. **标准管：**取 EP 管，依次加入 125  $\mu\text{L}$  标准液，125  $\mu\text{L}$  试剂一，125  $\mu\text{L}$  试剂二，混匀后盖紧，置于沸水浴 5min，自来水冷却。加入 62  $\mu\text{L}$  氯仿，充分震荡混匀；室温 10000rpm，离心 10min，小心吸取上层液 210  $\mu\text{L}$ ，加入微量石英比色皿/96 孔板，于 520 nm 测定吸光度，记为 A 标准管。
5. **测定管：**取 EP 管，依次加入 125  $\mu\text{L}$  血清，125  $\mu\text{L}$  试剂一，125  $\mu\text{L}$  试剂二，混匀后盖紧，置于沸水浴 5min，自来水冷却。加入 62  $\mu\text{L}$  氯仿，充分震荡混匀；室温 10000rpm，离心 10min，小心吸取上层液 210  $\mu\text{L}$ ，加入微量石英比色皿/96 孔板，于 520 nm 测定吸光度，记为 A 测定管。

**注意：**空白管和标准管只需测定一次。

**血清铁浓度计算公式：**

$$\text{血清铁含量}(\mu\text{mol/dL}) = [C \text{ 标准液} \times (A \text{ 测定管} - A \text{ 空白管}) \div (A \text{ 标准管} - A \text{ 空白管})] \times V \text{ 总} \\ = 10 \times (A \text{ 测定管} - A \text{ 空白管}) \div (A \text{ 标准管} - A \text{ 空白管})$$

C 标准液：100  $\mu\text{mol/L}$   $\text{Fe}^{3+}$  标准液；V 总：标准液总体积 1mL；1 dL=0.1 L。

**注意事项：**

- 1、血清铁含量少，所用器皿（EP 管）需要注意，避免被铁污染。
- 2、试剂一和试剂二溶液不稳定，需现配现用，新配制的试剂只能当天使用。
3. 最低检出限为 1 $\mu\text{mol/L}$ 。

上海抚生实业有限公司  
<http://www.affandi-e.com>